

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-101/14-9
Датум: 20.06.2014.

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ БР. 17/14 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИХ
ВОДА ЗА ПОТРЕБЕ „РХМЗ“-А

За јавну набавку мале вредности бр. 17/14 – Набавка опреме за мониторинг подземних вода за потребе „РХМЗ“-а, постављена су следећа питања понуђача:

Питања:

Molim vas da nam date pojašnjenje konkursne dokumentacije u delu III tačka 1. :

1. Стоји да сензор и dataloger треба да поседују **propisane procedure za recalibraciju**. Како задовољити овај услов у случају када произвођач гарантује тачност мерења па нема потребе нити је уопште предвиђена могућност recalibracije.
2. Стоји да сензор и dataloger треба да имају **memoriju minimum 4 Mb ili 500.000 podataka**. Како гласи овај услов када се меморија изражава у броју мерења нивоа односно temperature?

Одговори:

1. Конкурсном документацијом тражи се Калибрациони сертификат и периодом за који сертификат важи. Када корисник утврди да мерења одступају од референтних контролних мерења нивоа или температуре, потребно је да зна на који начин ће кориговати "грешку" у мерењу.
У случају да корисник утврди да мерења одступају од приложеног Калибрационог сертификата, прихватљив је и одговор да корисник не може сам извршити рекалибрацију сензора, да није предвиђена рекалибрација и провера сензора или да се рекалибрација врши само код произвођача..
2. Довољно је да буде испуњен један од два постављена услова или за величину меморије или за број података сачуваних у меморији укупно за све параметре који се мере.

за Комисију за јавну набавку
Бојан Палмар, дипл. инж.